

附表 1

技術演練表

「口腔內(懸壅垂之前)及人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸與移除」之技術演練檢核表
 【成人須至少完成 3 次；兒童須至少完成 2 次】

姓名：

日期： 年 月 日

評核項目	項目	○正確 / ✕不正確										備註		
		成人					兒童							
		第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次	第 1 次	第 2 次	第 3 次	第 4 次	第 5 次			
1	用物準備： 抽吸管、抽吸設備、氧氣、甦醒球、清水瓶、手套													
2	確認抽吸部位													
3	洗手													
4	確認抽吸壓力		mmHg	cmHg	cmH2O									
		嬰兒	60-80	6-8	81-108									
		兒童	80-100	8-10	108-136									
		成人	100-120	10-12	136-163									
5	戴上手套，取出抽吸管並接上抽吸管接頭													
6	核對人工氣道(氣切管)抽吸深度													
7	人工氣道內	抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入人工氣道(氣切管)												與指導者確認
8		以旋轉方式抽吸分泌物，並將抽吸管拉出												
9		抽吸時間：成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒												
10		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，二次抽吸間應間隔 30-60 秒，必要時給氧或甦醒球												
11		核對口腔內(懸壅垂前)抽吸深度(嘴角至耳垂之距離以 1/2 為原則，不超過 2/3) 註：嘴角至耳垂距離之 0.6-0.8												
12	口腔內	抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入口腔內(懸壅垂前)且無嘔吐反射												
13		抽吸管拉出時以旋轉方式將分泌物抽出												
14		抽吸時間：成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒												
15		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，必要時給氧或甦醒球												
16	先移除抽吸管，再將引流管放入清水瓶內抽吸清水，清潔引流管													
17	整理用物(包含垃圾分類)													
18	洗手													
		通過/不通過												
		審核人員												

附表 2

技術考核表

「口腔內(懸壅垂之前)及人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸與移除」之技術考核表

姓名：_____ 審核人員：_____ 考試日期： 年 月 日

技術考成績： 考試結果：通過(每項目需完成正確) 不通過

評核項目	項目					○正確 / ✕不正確		備註
						成人	兒童	
1	用物準備:抽吸管、抽吸設備、氧氣、甦醒球、清水瓶、手套							
2	確認抽吸部位							
3	洗手							
4	抽吸壓力確認		mmHg	cmHg	cmH2O			
		嬰兒	60-80	6~8	81-108			
		兒童	80-100	8-10	108-136			
		成人	100-120	10-12	136-163			
5	戴上手套，取出抽吸管並接上抽吸管接頭							
6	人工氣道內	核對人工氣道(氣切管)抽吸深度					與指導者 確認	
7		抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入人工氣道(氣切管)						
8		以旋轉方式抽吸分泌物，並將抽吸管拉出						
9		抽吸時間:成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒						
10		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，二次抽吸間應間隔 30-60 秒，必要時給氧或甦醒球						
11	口腔內	核對口腔內(懸壅垂前)抽吸深度 (嘴角至耳垂之距離以 1/2 為原則，不超過 2/3) 註：嘴角至耳垂距離之 0.6-0.8					與指導者 確認	
12		抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入口腔內(懸壅垂前)且無嘔吐反射						
13		以旋轉方式抽吸分泌物，並將抽吸管拉出						
14		抽吸時間:成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒						
15		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，必要時給氧或甦醒球						
16	先移除抽吸管，再將引流管放入清水瓶內抽吸清水，清潔引流管							
17	整理用物(包含垃圾分類)							
18	洗手							
					實得總分			
					審核人員			

附表 3

實習表

「口腔內(懸壅垂之前)及人工氣道管內分泌物之清潔、抽吸與移除」之實習課程檢核表【至少完成成人4次且正確完整】

姓名：

日期： 年 月 日

評核項目	項 目				○正確 / ✕不正確						備註
					成人						
					第1次	第2次	第3次	第4次	第5次	第6次	
1	用物準備： 抽吸管、抽吸設備、氧氣、甦醒球、清水瓶、手套										
2	確認抽吸部位										
3	洗手										
4	確認抽吸壓力		mmHg	cmHg	cmH2O						
		嬰兒	60-80	6~8	81-108						
		兒童	80-100	8~10	108~136						
		成人	100-120	10~12	136~163						
5	戴上手套，取出抽吸管並接上抽吸管接頭										
6	人工氣道內	核對人工氣道(氣切管)抽吸深度									
7		抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入人工氣道(氣切管)									與指導者確認
8		以旋轉方式抽吸分泌物，並將抽吸管拉出									
9		抽吸時間:成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒									
10		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，二次抽吸間應間隔 30-60 秒，必要時給氧或甦醒球									
11	口腔內	核對口腔內(懸壅垂前)抽吸深度(嘴角至耳垂之距離以 1/2 為原則，不超過2/3) 註： 嘴角至耳垂距離之 0.6-0.8									與指導者確認
12		抽吸管依所核對之深度，以無吸力狀態放入口腔內(懸壅垂前)且無嘔吐反射									
13		抽吸管拉出時以旋轉方式將分泌物抽出									
14		抽吸時間:成人不超過 15 秒、兒童不超過 10 秒									
15		抽吸過程中應評估個案反應及膚色，必要時給氧或甦醒球									
16	先移除抽吸管，再將引流管放入清水瓶內抽吸清水，清潔引流管										
17	整理用物(包含垃圾分類)										
18	洗手										
通過/不通過											
審核人員											